

河北省政府采购“双盲”评审 项目招标文件

——非专门面向中小企业且采用综合评分法的
公开招标货物类项目

项目名称：河北科技工程职业技术大学新能源汽车电
池研发测试实验室设备采购项目

项目编号：CG-20250093

采购人：河北科技工程职业技术大学

采购代理机构：河北优和工程项目管理有限公司

日期：2025年9月

目 录

第一部分 投标邀请.....
第二部分 供应商须知.....
第三部分 资格审查.....
第四部分 采购需求.....
第五部分 评标标准和评标方法.....
第六部分 政府采购合同.....
第七部分 投标文件格式.....

第一部分 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号: CG-20250093
2. 项目名称: 河北科技工程职业技术大学新能源汽车电池研发测试实验室设备采购项目
3. 项目预算金额: 63.5万元
4. 项目最高限价(如有): 63.5万元;
4. 项目单位: 河北科技工程职业技术大学
5. 采购需求:

序号	标的名称	数量	单位	简要技术需求或服务要求
1	超级净化手套箱	1	套	详见第四部分采购需求
2	干法电极原纤化设备	1	套	详见第四部分采购需求
3	燃料电池材料制备设备	1	套	详见第四部分采购需求
4	纽扣电池制备设备	1	套	详见第四部分采购需求
5	电池测试装置	1	套	详见第四部分采购需求
6	电化学工作站	1	套	详见第四部分采购需求
7	综合热重化学分析系统	1	套	详见第四部分采购需求

6. 合同履行期限:

在合同签订之日起15个工作日内完成。

7. 本项目是否接受联合体投标: 是 否。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2. 本项目非专门面向中小企业采购;
3. 本项目的特定资格要求: 无

三、获取招标文件

1. 时间: 2025年10月13日00:00至2025年10月18日0:00 (北京时间, 法定节假日除外)。
2. 地点: 登录“河北省公共资源交易服务平台”自行下载, 并及时查看有无澄清及修改

3. 方式：其他

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、方式、开标时间和地点

1. 投标截止时间、开标时间：2025年11月03日09时00分（北京时间）。

2. 地点：河北省公共资源交易中心网上开标大厅。

3. 递交方式：投标人应在投标截止时间前将上传加密的电子投标文件递交到河北省公共资源全流程电子交易系统的指定位置。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、公告发布媒体

中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台、河北科技工程职业技术大学官网

七、其他补充事宜

依据《河北省财政厅河北省政务服务管理办公室关于印发<政府采购公开招标项目全面实行“双盲”评审实施方案>的通知》相关要求，本项目采用“双盲”评审。供应商应按照招标文件要求对投标文件的商务标“明标”、技术标“暗标”分开制作，评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。

本项目全流程电子开评标，使用《河北省公共资源全流程电子交易系统》以数据电文形式在线全过程交易。投标人无需到达开标现场。网上报名，上传、加密、解密投标文件。河北省公共资源交易网上开标大厅系统：<http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening>。

已在河北省公共资源交易中心受理处通过注册登记并办理数字证书(CA)的供应商可直接登录河北省电子交易系统下载文件。未经注册登记的供应商，请按照“河北省公共资源交易信息网”（网址：<http://www.hebpr.cn>）首页“通知公告”中“河北省公共资源交易中心关于采购代理机构及供应商（含政府采购供应商）进行登记注册的通知”的要求办理相关手续，未办理CA的供应商，需进行企业CA注册，具体事宜可联系0311-66635531。

本项目实施电子评标，各供应商应在投标文件递交截止时间前使用投标文件制作工具及CA为电子投标文件加密并上传至河北省公共资源交易中心全流程电子化交易平台，投标人无需到开标现场。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：河北科技工程职业技术大学

地址：河北省邢台市信都区泉南西大街473号

联系方式：贾军涛 0319-2273043

2. 采购代理机构信息

名称：河北悦和工程项目管理有限公司

地 址：河北省邢台市信都区泉北西大街与富水路交叉口东北角天厦综合楼415室

联系方式：鲁鹏羽0319-2586288

项目联系方式

项目联系人：鲁鹏羽

电话：0319-2586288

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	是否接受进口产品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目_包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目_包为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目_包为非单一产品采购项目，核心产品为：综合热重化学分析系统。
4	评标方法	综合评分法
5	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：____年____月____日____时____分， 考察地点：_____。
6	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，时间：____年____月____日____时____分 地点：_____
7	询问方式	使用《河北省公共资源全流程电子交易系统》以数据电文形式在线提出
8	投标截止时间	2025 年 11 月 03 日 9 时 00 分
9	开标时间	2025 年 11 月 03 日 9 时 00 分
10	开标地点	河北省公共资源交易中心网上开标大厅
11	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起 90 日历日
12	投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不收取 <input type="checkbox"/> 收取
13	政采贷	政府采购合同融资（简称“政采贷”）指参与政府采购活动的供应商，在获得政府采购中标通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标通知书和政府采购合同，为中标（成交）供应商提供融资服务。 渠道和方式：可通过“中国河北政府采购网”查找融资政策和贷款合作银行，并与意向合作银行联系。
14	履约保证金	<input type="checkbox"/> 不收取 <input checked="" type="checkbox"/> 收取合同签订前，中标供应商支付采购人合同金额 10% 的履约保证金(可采用电汇、网银、支票、

序号	内 容	说明与要求
		<u>汇票、本票的形式提交), 项目全部产品使用满一年后, 采购人无息退还中标供应商。</u>
15	是否接受可选择或可调整的投标和报价	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
16	是否提供样品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 具体要求如下:
17	是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
18	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 应满足下列要求: 应当向采购人提交联合协议, 载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
19	投标文件提交说明	供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交: 加密的电子投标文件, 应在投标文件递交截止时间前通过电子交易系统上传。
20	质疑	接受质疑的联系方式: 联系部门: 河北悦和工程项目管理有限公司 联系电话: 0319-2586288 通讯地址: 河北省邢台市信都区泉北西大街与富水路交叉口东北角天厦综合楼 415 室
21	投诉	接受投诉的联系方式: 联系部门: 河北省财政厅政府采购处 联系电话: 0311-66650931 通讯地址: 河北省石家庄市中华南大街 48 号政府采购处 901 室
22	评标委员会组成	评标委员会由专家和采购人代表 5 人组成, 其中政府采购专家 4 人, 采购人代表 1 人。评标工作开始前评标委员会推荐 1 人担任评标委员会主任。采购人代表不得担任评标委员会主任。

序号	内 容	说明与要求
23	确定中标供应商	<p><input type="checkbox"/>采购人委托评标委员会确定 <input checked="" type="checkbox"/>评标委员会推荐 3 名中标候选人，采购人按中标候选人顺序确定排名第一的为中标供应商。</p> <p>中标候选人并列的，按照以下方式确定中标供应商：得分且投标报价均相同的，以技术指标优劣排列高得分高者为中标供应商。</p>
24	采购标的所属行业	<p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>供应商应实事求是，以自身实际情况，出具合格的《中小企业声明函》（中小企业投标适用）。</p> <p>供应商出具的材料不合格或内容与实际情况不符的不予认定；中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果向社会公开，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p>
25	中小企业预留份额	本项目属于非专门面向中小企业。
26	其他要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商应按照电子交易平台要求下载招标文件。 2. 供应商提供的资质和业绩等所有资料均须附在投标文件中。 3. 因本项目采用网上开标大厅交易方式，采购人特别说明如下：远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
27	投标文件份数	本项目为全流程电子交易项目，投标文件采用电子形式，投标人应通过“河北省公共资源全流程电子交易系统”（以下简称“电子交易系统”）上传经 CA 数字证书加密的电子投标文件 1 份 (*.hetf 格

序号	内 容	说明与要求
		<p>式)。</p> <p>中标人应在领取中标通知书同时向采购代理机构提交 3 份纸质投标文件(“电子交易系统”投标文件打印输出件),并按招标文件规定签字盖章(胶装成册),响应环保,鼓励双面打印。</p>
28	*质量标准	合格,并符合国家及行业现行规范标准规定。
29	*合同履行期限	在合同签订之日起 15 个工作日内
30	*交货地点	采购人指定地点
31	付款方式	合同签订前,中标供应商支付采购人合同金额 10% 的履约保证金,项目全部产品使用满一年后,采购人无息退还中标供应商,供货完毕经采购方验收合格后支付合同金额 100%。
32	电子标有关事项	<p>因本项目采用网上开标大厅交易方式,招标人特别说明如下:</p> <p>1. 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。2. 本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制,并通过电子交易平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交,应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件,将可能导致无效投标,其后果由投标人自负。投标人如对正确使用投标文件制作工具软件有疑问的,请拨打系统内客服电话咨询。</p> <p>3. 投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据,投标人须使用工具制作电子投标文件时生成加密投标文件,用于上传投标文件;开标当日,投标人不必抵达开标现场,在任意地点通过河北省公共资源交易网上开标大厅系统(以下简称:“网上开标大厅”)参加开标会议,并根据需要使用网上开标大厅与现场开标主持人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。</p> <p>4. 投标文件递交截止时间前一小时内,各投标人的授权委托人或法人代表均提前进入网上开标大厅,</p>

序号	内 容	说明与要求
		<p>选择进入对应标段的开标会议区在线签到。登录河北省公共资源交易网上开标大厅系统 http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening,</p> <p>根据操作手册（请在河北省公共资源交易中心网站-办事指南-“操作手册”中下载）收听观看实时音视频交互效果，在开标过程中如有疑义请及时在讨论组中反馈。投标人未按时加入开标会议区或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、开标结果等情况，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>5. 投标文件递交截止时间后，将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 密钥发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间【友情提示：请使用制作投标文件 CA 密钥进行解密】。</p> <p>6. 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>7. 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑（操作系统要求</p>

序号	内 容	说明与要求
		<p>Windows7 及以上, IE 浏览器暂只支持 IE11 及以上)、高速稳定的网络(独享网络带宽 4M 以上)、电源(不间断)、CA 密钥、音视频设备(话筒、耳麦、音响)等;</p> <p>8. 建议投标人具备的软件设施有:安装河北省通用数字证书驱动最新版本(可到河北省公共资源交易信息网 http://www.hebpr.gov.cn/hbjyzx/bszn/006005/bsznmore.html 下载数字证书驱动)。为保证交互效果,建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的,由投标人自身承担一切后果。</p>
33	代理服务费	<p>采购代理服务费:由中标人领取中标通知书时参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)收费标准的 80%向采购代理机构一次性交纳采购代理服务费。</p>
34	法律依据	<p>《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律、法规的规定。如本招标文件条款与相关法律、法规相冲突或未涉及问题均遵照相关法律、法规的规定执行。</p>
35	资信要求	<p>被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站和“国家企业信用信息系统”和“中国执行信息公开网”列入失信“国家企业信用信息系统”和“中国执行信息公开网”违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参与本项目的投标活动,否则一经查实,取消其投标资格。开标现场由采购人或采购代理机构进行查实。</p>
36		(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

序号	内 容	说明与要求
	落实的政府采购政策	<p>(财库〔2020〕46号)中有关规定，对小微企业产品报价给予价格扣除优惠政策，详见评标标准和评标方法。</p> <p>(2)根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，对残疾人福利性单位报价给予价格扣除优惠政策，详见评标标准和评标方法。</p> <p>(3)根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)文，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。详见评标标准和评标方法。</p> <p>(4)根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标和政府采购活动。</p> <p>(5)根据财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》规定，财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府采购优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购类产品的，供应商须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖公章。采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府优先采购类产品的，供应商可在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖公章；供应商所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的</p>

序号	内 容	说明与要求
		<p>产品，且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的“环境标志产品认证证书”的，为政府优先采购产品，供应商可在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章。符合以上两种情况要求的产品，在得分且报价相等的情况下优先成交。</p> <p>注：1) 环境标志产品政府采购品目清单详见财库[2019]18文《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》；</p> <p>2) 节能产品政府采购品目清单详见财库[2019]19号文《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》；</p> <p>3) 政府采购节能产品、环境标志产品认证机构详见2019第16号文《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》。</p> <p>(6) 建立失信被执行人联合惩戒机制：在最高人民法院公布的失信被执行人名单库中的供应商应当给予政府采购领域联合惩戒。以联合体名义参与政府采购活动的供应商，有任一方被联合惩戒，则联合体被联合惩戒。</p> <p>(7) 健全企业重整期间信用修复机制：对人民法院裁定批准重整计划的破产企业，有及时在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库中申请添加相关企业重整情况信息的，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，允许参与政府采购项目。</p> <p>(8) 根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号)的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和</p>

序号	内 容	说明与要求
		<p>快递包装的，要参考包装需求标准。</p> <p>(9) 针对因政策变化、规范调整而不能履行合同约定的，造成企业合法权益受损的情形，采购单位将建立补偿救济机制，给予投标单位（供应商）一定的经济补偿，维护投标单位（供应商）的合法权益。</p> <p>(10) 根据《政府采购进口产品管理办法》，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。招标产品未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。</p>
37	对招标文件提出异议时间	潜在供应商对磋商文件有异议的，应当在提交响应文件截止时间 10 日前提出。
38	供应商确认收到招标文件澄清	采购人认为自澄清文件在电子平台发布之时，各供应商即已收悉。因未及时下载招标文件的澄清电子版所造成的后果，由供应商自行承担。
39	招标文件修改发出的形式	供应商应及时下载招标文件的修改文件的电子版。
40	供应商确认收到招标文件修改	采购人认为自修改文件在电子平台发布之时，各供应商即已收悉。因未及时下载招标文件的修改文件电子版所造成的后果，由供应商自行承担。
41	签字或盖章要求	签字或盖章要求（适用于电子招投标）供应商应在电子响应文件封面使用河北 CA 数字证书加盖磋商文件要求的相关单位电子印章，封面盖章即视为全本响应文件中供应商已在指定位置盖章、法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。（河北 CA 提供：单位电子印章，法人印章，法人手签章，请供应商在封面加盖相对应的电子印章）
42	特别说明	1. 选项标记“ <input checked="" type="checkbox"/> ”为适用，选项标记“ <input type="checkbox"/> ”为不适用。2. 当投标文件投标函中的数据与唱标中的数据不一致时，以投标函中的数据为准，并用投标函中的数据修正唱标中的数据，评标委员会要在评标报告中做出说明。*3. 本招标文件凡是用“*”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。投标文件存

序号	内 容	说明与要求
		<p>在不符招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按无效投标处理。</p> <p>4. 项目编号：CG-20250093</p> <p>5. 项目名称：河北科技工程职业技术大学新能源汽车电池研发测试实验室设备采购项目</p>

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

供应商须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次政府采购活动。

2. 说明

2.1 基本定义

2.1.1 “货物”指本招标文件中第四部分所述的本次采购包含的所有货物。

2.1.2 “供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.1.3 “采购代理机构”指受委托的采购代理机构。

2.2 本项目是否属于科研仪器设备采购见“供应商须知前附表”。

2.3 本项目是否组织现场考察见“供应商须知前附表”。

2.4 本项目是否召开开标前答疑会见“供应商须知前附表”。

2.5 本项目是否要求提供样品见“供应商须知前附表”。

2.6 本项目采购标的所属行业见“供应商须知前附表”。

2.7 本项目是否为中小企业预留份额及实现形式见“供应商须知前附表”。

3. 供应商资格要求

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一部分投标邀请；

3.3 本项目的特定资格要求：详见第一部分投标邀请；

3.4 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规定如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应

商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

3.6 本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同投标，详见供应商须知前附表。如允许联合体投标，则联合体各方必须符合下列要求：

3.6.1 联合体的资质等级根据联合体分工和联合体各成员的资质等级认定。联合体成员承担同一专业工作的，按照联合体各方资质等级最低的认定其资质。

3.6.2 联合体各方须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并以联合体牵头人身份参加投标；联合体资质按照联合体协议约定分工认定，牵头人对招标范围内的工作总负责。联合体牵头人和联合体各成员共同就中标项目向采购人承担连带责任。

4. 政府采购政策

4.1 进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。

招标产品未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。

4.2 政府采购节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府采购优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围中强制采购的，供应商须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖公章，否则为无效投标。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围中优先采购的，供应商须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章，否则不享受环境标志产品、节能产品优先采购加分政策。

注意：环境标志产品政府采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；节能产品政府采购品目清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；政府采购节能产品、环境标志产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（财库〔2019〕16号）。

4.3 密码技术设备

密码技术设备要求：参与使用密码技术设备政务信息系统的投标、承建及运维服务政府采购项目的，国产密码技术设备必须为经国家密码检测部门检测合格的密码产品。

4.4 分支机构

分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照及法人企业授权书扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.5 根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定，对小微企业报价给予价格扣除政策，详见第五部分评标标准和评标方法。

4.6 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对残疾人福利性单位报价给予价格扣除优惠政策，详见第五部分评标标准和评标方法。

4.7 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）有关要求，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。详见第五部分评标标准和评标方法。

4.8 信用记录

4.8.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条第三款规定，供应商是未被列入“信用中国”网（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等渠道的失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信名单的供应商。

供应商为联合体的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将被拒绝参加政府采购活动。

查询渠道：通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等渠道。

4.8.2 在最高人民法院公布的失信被执行人名单库中的供应商给予政府采购领域联合惩戒。以联合体名义参与政府采购活动的供应商，有任一方被联合惩戒，则联合体被联合惩戒。对列入失信被执行人名单库且不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的供应商，禁止其参加政府采购活动。

4.8.3 对人民法院裁定批准重整计划的破产企业，有及时在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库中申请添加相关企业重整情况信息的，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，允许其参与政府采购项目。

4.9 商品包装或快递包装

涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

4.10 支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持乡村振兴工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四部分 采购需求（如涉及）。

4.11 正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局 信息产业部 财政部 国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工

作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.12 网络安全专用产品

根据国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

4.13 政府采购合同融资政策 见第二部分 供应商须知前附表。

4.14 其他政府采购政策。

5. 投标费用

供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担。

6. 其他说明

对与本项目有关的通知（含有关通知、更正公告等），采购代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式向供应商发出。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达，且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，则采购代理机构因此不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

7. 招标文件构成

招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请

第二部分 供应商须知

第三部分 资格审查

第四部分 采购需求

第五部分 评标标准和评标方法

第六部分 政府采购合同

第七部分 投标文件格式

8. 招标文件的澄清和修改

8.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

8.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行的更正、变更。更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。采购代理机构将通过网站“变更公告”和电子交易系统内部“变更文件”告知供应商。

8.3 采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机构将向所有已领取了招标文件的供应商发出通知。

二、投标文件的编制

9. 投标文件的语言和计量单位

9.1 供应商提交的投标文件（包括商务及技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

9.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

10. 投标文件的组成及相关要求

10.1 投标文件由商务标和技术标两部分组成。其中，商务标应包括：投标函、投标报价、资质证明、业绩、人员技术力量等相关材料；技术标应包括：项目技术方案、偏离程度、服务方案等不显示供应商名称、标识的相关材料。投标文件应严格按照政府采购法律法规和招标文件要求，分开编制商务标和技术标，对能明显区分供应商的内容，应放入商务标；技术标中不能出现涉及供应商名称及相关提示内容的任何信息。

供应商应按供应商须知前附表的规定提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目为必须做出明确响应的实质性条款，否则作无效投标处理。具体填写要求及格式详见本招标文件第七部分。

10.2 技术标（暗标）文件制作要求：

10.2.1 版面要求：A4 纸张大小。

10.2.2 颜色要求：所有文字、图表均为黑色。

10.2.3 字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；

图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。

10.2.4 排版要求：页边距要求上边距 2.5 厘米，其余均为 2 厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值 30 磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐。

10.2.5 其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

10.3 保证金

10.3.1 供应商按供应商须知前附表要求提交投标保证金。

10.3.2 中标供应商按供应商须知前附表要求提交履约保证金。

10.3.3 未中标供应商的投标保证金将于中标通知书发出后 5 个工作日内予以退还。

10.3.4 中标供应商的投标保证金，在中标供应商与采购人签订合同后 5 个工作日内退还。

10.3.5 如供应商发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

供应商在投标有效期内撤回其投标文件。

中标供应商未能在规定期限内签订政府采购合同。

供应商中标后，经核实发现中标供应商投标过程中有欺瞒或虚假行为的。

10.4 投标报价

10.4.1 所有投标报价均以人民币为计算单位。要求只投报一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于完成本项目全部货物的费用。

在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

10.4.2 如项目分包、供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。但报价不得超出该包预算。

10.4.3 本次招标是否接受可选择或可调整的投标和报价，详见供应商须知前附表。

10.4.4 供应商要按投标总报价分项明细表的格式填写投标总价包含的报价项目的明细情况，并由法定代表人或供应商委托代理人签署。

10.4.5 供应商对投标报价若有说明或优惠承诺应在开标一览表显著位置注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

10.4.6 投标的报价优惠承诺应与开标一览表、投标总报价分项明细表有关报价项目相对应。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软件、硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

10.5 本项目是否允许供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见供应商须知前附表。

11. 投标内容填写说明

11.1 供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

11.2 供应商未根据投标产品情况明确作出响应，照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。该供应商在规定时间内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权作无效投标处理。

11.3 投标文件应按照招标文件第七部分的要求提交，并按规定的格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.4 开标一览表为在开标过程中唱标的内容，要求按格式统一填写。

11.5 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

12. 投标文件的有效期限

本项目投标文件的有效期见供应商须知前附表，有效期短于该规定期限的投标文件将被拒绝。

13. 投标文件的签署及其他规定

13.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本款规定。

13.2 招标文件中所要求加盖的供应商公章是指在投标文件中使用CA数字认证证书加盖与供应商名称全称相一致的电子签章，或上传加盖单位行政公章的扫描件，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；人员签字

或盖章是指电子签名章或电子印章，或者上传人员签字或名章的扫描件。不符合本条规定的盖章和签字为无效投标。

13.3 供应商应按照招标文件要求，在投标文件的商务标封面下方以及其他本招标文件要求的位置填写供应商全称并加盖公章，未按要求盖章者为无效投标。联合体投标时，由联合体牵头人负责投标文件的签章工作。

13.4 供应商须注意：为提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信的原则，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。

13.5 因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商承担。

13.6 供应商应按照第一部分投标邀请的要求在交易系统指定位置上传电子投标文件。

三、投标文件的递交

14. 投标文件的递交时间、地点

14.1 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

14.2 供应商因电子交易系统问题无法上传电子投标文件时，请联系电子交易平台技术，联系电话：0311-66635062。

15. 投标截止时间

投标文件须按照招标文件及时间场地信息文件规定的投标时间、地点递交。在投标截止时间后递交的投标文件，将会被拒绝。

16. 投标文件的补充、修改和撤回

16.1 供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2 在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改，否则为无效投标。

16.3 因电子交易系统在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果

自负。

17. 投标文件投标流程

17.1 供应商通过电子交易平台下载“投标文件制作软件”。

17.2 供应商登录电子交易系统下载所参加项目的招标文件。

17.3 供应商应使用投标文件编制工具编制投标文件。并使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。电子交易系统不接收潜在供应商未按规定使用数字证书（CA）加密的投标文件。潜在供应商在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.4 供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件为电子交易平台制作生成的加密版投标文件。

17.5 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

17.6 供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用 CA 密钥进行签章制作。

四、开标

18. 开标及其有关事项

本项目开标时间、地点详见第一部分投标邀请。开标时通过开标大厅系统完成远程解密、答疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人不足 3 家的，不得开标。

为保证本项目远程开标会议顺利进行，现作出如下提醒：

18.1 本项目通过电子交易平台递交投标文件，各供应商务必在投标文件递交截止时间前仔细确认投标文件已成功递交到系统内，若因供应商原因导致递交失败，后果由供应商自负。

18.2 进入电子交易平台后，请将 CA 密钥插入电脑并做好解密准备，供应商在规定时间内完成解密。请供应商务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用要求、具备高速畅通的网络，并确保 CA 密钥不出故障。若因供应商自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被打回，不能参与后续评标，责任由供应商自行承担。

五、评标程序和要求

19. 组建评标委员会

19.1 采购人、采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会组成见供应商须知前附表。评标专家从政府采购专家库中随机抽取并经抽取系统自动通知；采购人代表由采购人出具授权函授权参加评标。

19.2 采购人不得以专家身份参与评标，采购代理机构工作人员不得参加该项目评审。

20. 评审程序

详见第五部分 评标标准和评标方法。

六、中标和签订合同

21. 中标结果公告与中标通知书

21.1 采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见供应商须知前附表。中标候选人并列的，按照供应商须知前附表要求确定中标人。

21.2 采购人或者采购代理机构在中标供应商确定后应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标结果公告内容按政府采购规定执行，公告期限为 1 个工作日。

21.3 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

21.4 中标通知书是合同的组成部分。

21.5 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22. 签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

22.2 中标供应商应在接到中标通知书后，在投标文件的有效期内凭中标通知书，按供应商须知前附表要求缴纳履约保证金，并按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订政府采购合同，否则将取消其中标资格。

22.3 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

22.4 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

22.5 中标供应商中标后不得将合同转包，否则按相关规定追究法律责任。

22.6 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

七、中标服务费

八、保密和披露

23. 保密

供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人传播。

24. 披露

24.1 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关部门或评审标书的有关人员披露。

24.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

25. 供应商有权就招标事宜提出询问和质疑

25.1 政府采购程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

25.2 采购人对技术参数可澄清修改，供应商有异议的可以通过询问或质疑程序

提出。

25.3 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

25.4 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

25.5 质疑应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

25.6 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

25.7 质疑书应当包括以下主要内容：

25.7.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

25.7.2 质疑项目的名称、编号；

25.7.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

25.7.4 事实依据；

25.7.5 必要的法律依据；

25.7.6 提出质疑的日期。

25.8 按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。质疑时供应商应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.9 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

25.9.1 未在有效期限内提出质疑的；

25.9.2 质疑未以书面形式提出的；

25.9.3 质疑书没有法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章的；

25.9.4 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

25.9.5 其它不符合受理条件的情形。

25.10 采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复或相关

处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

25.11 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意以及未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人所属预算级次政府采购监管部门进行投诉。

十、需要补充的其他内容

第三部分 资格审查

一、资格审核程序

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。
2. 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3. 供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4. 资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	评审因素	评审内容	备注
1		满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	
1-1	营业执照等证明文件	(1) 根据供应商企业性质提供相应证明文件。 (2) 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证件。 (3) 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件。	提供有效证件的扫描件
1-2	供应商资格承诺函	提供了符合招标文件要求的《供应商资格承诺函》。	
1-3	信用记录	(1) 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国）。 (2) 政府采购严重违法失信行为记录名单（中国政府采购网）。	由采购人或采购代理机构查询。
2		落实政府采购政策需满足的资格要求	
2-1	/	/	/
3		本项目的特定资格要求	
3-1	/	/	/
	审查结果		

第四部分 采购需求

一、商务标内容

(一) 商务要求

*1、投标报价:

本项目预算为：项目预算金额：63.5万元。，供应商投标报价超过预算的为无效投标。供应商投标报价包含本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、安装费、保险费用、调试费、质保期内成本、培训费、招标代理费及各项税金等。

*2、交货地点:

甲方指定地点。

*3、付款方式:

合同签订前，中标供应商支付采购人合同金额10%的履约保证金，项目全部产品使用满一年后无息退还中标供应商，供货完毕经采购方验收合格后支付合同金额100%。

4、项目验收要求

项目交付后由采购人依据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）制定的合同订立安排与合同管理安排中有关履约验收的内容，以及招标文件、投标文件组织验收。

5、服务文档的提交要求

- (1) 投标文件的完整性。
- (2) 投标文件的格式和结构。
- (3) 投标文件的合规性。

*6. 合同履行期限：（依据本项目要求参考填写）

在合同签订之日起15个工作日内完成。

*7. 培训要求（依据本项目要求参考填写）

- 1) 供应商需在仪器工具交付验收合格后10个工作日内，提供免费上门培训服务，培训人数不限。
- 2) 培训内容需包含仪器原理、操作流程、日常校准、故障排查、安全规范等，确保参训人员能独立完成仪器操作与基础维护；培训后需提供培训教材及操作手册电子版1份、纸质版不少于5份。

3) 若采购方后续新增仪器操作人员，供应商需在收到培训申请后10个工作日内，提供1次免费补充培训，培训人数不限。

*8. 售后服务要求（依据本项目要求参考填写）

1) 服务响应：供应商需建立7×24小时售后服务机制，采购方提出含咨询、故障报修等服务需求后，需在1小时内通过电话、邮件等方式响应。

2) 故障处理：现场服务需在抵达后48小时内完成故障排查与修复，因配件短缺等特殊情况需延期的，需提前与采购方协商，明确修复时限，且最长不超过7个工作日；若故障无法现场解决，供应商需提供同型号备用仪器供采购方临时使用，直至原仪器修复交付。

3) 技术支持：售后服务期内，供应商需每年提供1次免费上门巡检服务，包含仪器性能检测、校准指导、维护建议等，并出具巡检报告；同时需提供终身免费技术咨询服务，解答采购方在仪器使用过程中的疑问。

*9. 质保期要求（依据本项目要求参考填写）

1) 本批仪器整体质保期为五年，自仪器交付验收合格之日起计算；其中核心部件（数据传输系统、测量教学实训考试系统、发射器、接收器）质保期需延长至三年。

2) 质保期内，因仪器自身质量问题导致的故障、损坏，供应商需免费提供维修、更换零部件服务，且不得收取任何人工、配件、差旅费等费用；若同一故障经三次维修后仍无法正常使用，供应商需无条件更换同型号全新仪器。

承诺提供不低于5年免费原厂质保维护服务，质保期内不得以任何形式额外收取额外费用。

注：上述商务要求中加*项目为重要商务要求，投标响应低于招标文件规定要求的其投标无效。

二、技术标内容

（一）招标货物名称、数量

序号	标的名称	数量	单位
----	------	----	----

1	超级净化手套箱	1	套
2	干法电极原纤化设备	1	套
3	燃料电池材料制备设备	1	套
4	纽扣电池制备设备	1	套
5	电池测试装置	1	套
6	电化学工作站	1	套
7	综合热重化学分析系统	1	套

(二) 招标货物技术要求(须补充)

序号	货物名称	技术参数
1	超级净化手套箱	<p>一、单面单工位手套箱(1 台)</p> <p>1.304 不锈钢的箱体，手套箱箱体长度≥1220mm，宽度≥750mm，高度≥900mm，厚度≥3mm。</p> <p>2.箱体右侧配有大、小过渡舱，材质为 304 不锈钢，过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。大过渡仓直径≥360mm，长度≥600mm，小过渡仓直径≥150mm，长度≥300mm。</p> <p>3.玻璃视窗密封为法兰视窗密封结构，采用整体实芯 O 型密封圈的真空密封方式，密封圈无接缝，密封可靠性高，实芯 O 型密封圈直径≤8mm。</p> <p>4.手套：≥1 副丁基橡胶手套。</p> <p>5.过滤器：规格≥0.3 微米，位于气体入口。</p> <p>6.净化系统：阀门控制，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧，水≤1ppm, 氧≤1ppm，泄漏率：≤0.001vol%/h。</p> <p>7.气体控制阀：不锈钢集成阀座。</p> <p>8.一套 PLC 触摸屏及程序控制系统，手套箱内压力通过 PLC 自动控制，工作压力+/-15mbar 内可以自由设定。</p> <p>9.手套口：铝合金材质，原色氧化，耐腐蚀，O 型圈密封，易于维护。</p> <p>10.循环能力：集成风机流量≥90m³/h，加装变频控制。</p> <p>11.真空泵：抽速≥12m³/h，极限真空度可达 2x10⁻¹pa，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，配装油雾过滤器。</p> <p>12.水分析仪：测量范围 0~500ppm，采用五氧化二磷传感器。</p> <p>13.氧分析仪：测量范围 0~1000ppm，采用二氧化锆传感器。</p>
2	干法电极原纤化设备	<p>一、微型气流磨 (1 台)</p> <p>1.使用压力：6.5-10Kg/cm²</p>

	<p>2.用气量: $\geq 0.6\text{m}^3/\text{min}$ 3.磨盘直径: $\geq 105\text{MM}$ 4.粉碎腔直径: $\geq 50\text{mm}$ 5.喷射喷嘴孔径: $\geq \varnothing 1.5\text{mm}$ 6.喷嘴环孔数量: ≥ 6 个 7.孔径: $\geq \varnothing 0.6\text{mm}$ 8.喷嘴环孔角度: $\geq 30^\circ$ 9.送料量: $1\sim 10\text{g/min}$; 10.料桶容积: $\geq 2\text{L}$ 11.处理量: 5-500g/h 12.进料粒度: 100-200 目 13.处理力度: 平均粒径$\leq 5\mu$ 14.空压机: $\geq 7.5\text{KW}/380\text{V } 1\text{MPa}$ 15.储气罐: ≥ 1 立方米</p>
3	<p>一、真空干燥箱 (1 台)</p> <p>1.真空度: 133pa; 2.容积: 52L; 3.温控范围: RT+10~200°C; 4.温控精度: $\pm 1^\circ\text{C}$ 5.显示方式: LCD 液晶屏; 6.定时时间: 0~9999min 7.隔板数量: 2 块; 8.隔板承重: 15kg; 9.含真空泵</p> <p>二、恒温水浴锅 (1 台)</p> <p>1. 工作孔位: 8; 2.控温范围: RT+5~100°C; 3.控温精度: $\pm 1^\circ\text{C}$; 4.显示方式: LED 数码管; 5.温度显示精度: 0.1°C; 6.定时范围: 0~999min; 7.搅拌功能: 有; 8.防干烧功能: 有; 9.转速范围: 300~2400rpm</p> <p>三、集热式磁力搅拌器 (1 台)</p> <p>1.最大搅拌量: 3L; 2.转速: 0-2800rpm; 3.控温范围: RT~300°C; 4.控温精度: $\pm 1^\circ\text{C}$。 5.显示方式: LED 数码管; 6.加热功率: 600W 7.搅拌功率: 12W; 8.电机类型: 直流永磁电机; 9.加热方式: 电热管加热; 10.升温时间: 18min;</p>

	<p>11.定时范围: 0~9999min/0~9999h;</p> <p>四、高速离心机（1台）</p> <p>1.转子规格: 角转子 12*10ml;</p> <p>2.最大转速: 14000rpm;</p> <p>3.转速控制精度: ±10</p> <p>4.显示方式: LCD 液晶;</p> <p>5.最大离心力: 16872xg;</p> <p>6.最大容量: 6*100ml</p> <p>7.离心腔规格: Φ280mm</p> <p>8.定时范围: 1s~99min59s;</p> <p>9.干燥噪音: ≤55dB</p> <p>五、石英亚沸高纯水蒸馏器（1台）</p> <p>1.纯度: 金属杂质单项含量为蒸馏水一次提纯≤5ppb, 多次提纯极限含量≤5ppt;</p> <p>2.电 导 率: 一次提纯 0.08x10⁻⁶Ω·cm^{25°C}, 多次提纯 0.059 x 10⁻⁶Ω·cm^{25°C};</p> <p>3.产品类型: 自动双重;</p> <p>4.纯水产量: 1800-2500ml;</p> <p>5.配收集瓶。</p>
4	<p>一、封口机（2台）</p> <p>1.手摇杆操作力度≤5kg;</p> <p>2.具有防止电池封口短路功能;</p> <p>3.结构件材质: 高强度的铬钢, 表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈;</p> <p>4.外形尺寸: ≥L223mm×W170mm×H325mm;</p> <p>5.配件: 每台需配备 CR20 纽扣电池封口模具及拆装模具</p> <p>二、冲片机（1台）</p> <p>1.冲切模具尺寸: 直径 12mm 冲头 1 个（冲极片）, 直径 18mm 刀模 1 个（冲隔膜）</p> <p>2.冲切压力: ≥300kg;</p> <p>3.压轴行程: ≥25mm;</p> <p>4.可冲材料: 0.005~0.5mm 厚电池材料片;</p> <p>5.外形尺寸: ≥110×150×235mm;</p> <p>6.可在直径Φ200mm 以上的手套箱过度仓中自由穿过;</p> <p>7.重量: ≥6kg;</p> <p>8.配工具 M5 钳手 1 个;</p> <p>9.接料盒: 防静电, ABS 材料, 余料排出。</p> <p>三、超声波清洗仪（1台）</p> <p>1.容量: ≥13L</p> <p>2.温度: 0~80°C</p> <p>3.超声频率: ≥40kHz</p> <p>4.内槽尺寸: ≥330*300*150</p> <p>四、正极材料（1瓶）</p> <p>1.材料类型: 商业磷酸铁锂正极材料</p> <p>2.粒径: D50≤5μm</p>

	<p>3.质量: 500g 4.电化学性能: 0.1C 首圈可逆容量≥150mAh/g</p> <p>五、负极材料 (1 瓶)</p> <p>1.质量: ≥500g 2.材料类型: 锂离子电池用快充石墨负极材料 3.粒径: D50≤15μm 4.电化学性能: 首圈可逆容量≥340.0mAh/g, 首效≥91.0%</p> <p>六、隔膜 (1 卷)</p> <p>1.PE 基膜厚度≥12um 2.陶瓷涂层厚度≥4um 3.PVDF 涂覆在陶瓷颗粒表面, 厚度≥2um</p> <p>七、电解液 (1 瓶)</p> <p>1.成分: 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% 2.体积: ≥100ml 3.水分: (ppm):≤20 4.游离酸: (以 HF 计)ppm:≤50 5.密度: (±0.01g/cm3):≥1.237 6.电导率: (±0.3ms/cm):≥10.6 7.存储条件: 手套箱里(水分≤5ppm, 温度≤24°C)</p> <p>八、铝箔 (1 卷)</p> <p>1.基本功能: 锂离子电池用集流体 2.厚度: 16~20μm 3.尺寸: 单光 20um*200mm 4.质量: ≥4kg/卷 5.数量: 1 卷</p> <p>九、涂碳铝箔 (1 卷)</p> <p>1.参数: 双面涂碳(1+15+1)um*281.5mm(涂层宽度 245mm) 2.质量: ≥2kg/卷 3.数量: 1 卷</p> <p>十、铜箔 (1 卷)</p> <p>1.参数: 单光 9um*200mm 2.质量: ≥3kg/卷 3.数量: 1 卷</p> <p>十一、涂碳铜箔 (1 卷)</p> <p>1.参数: 单面涂碳铜箔 (8+1)μm*260mm(涂层宽度 230mm) 2.质量: ≥2kg/卷 3.数量: 1 卷</p> <p>十二、电池壳 (1 套)</p> <p>1.正负极壳: 304 不锈钢 (7500 套) +316 不锈钢 (500 套) 2.垫片: 材质为不锈钢, 厚度 1mm, 直径 15~16mm, 8000 个 3.弹片: 材质为不锈钢, 适用于 CR2032 电池壳和上述垫片的尺寸 4.数量: 8000 个</p> <p>十三、玛瑙研钵 (1 套)</p> <p>1.材质: 玛瑙 (抗腐、耐磨), 含研磨棒</p>
--	--

	<p>2.尺寸：直径 15cm 一个、直径 20cm 一个 3.数量：总共 2 个</p> <p>十四、导电剂（1 瓶）</p> <p>1.材质：锂离子电池用导电乙炔黑 2.质量：$\geq 500\text{g}$</p> <p>十五、导电碳纳米管（1 瓶）</p> <p>1.参数：FT9100 CNT 粉末 2.质量：$\geq 500\text{g}$</p> <p>十六、粘结剂 PVDF（1 瓶）</p> <p>1.重量：$\geq 250\text{g}$ 2.参数：水分(%)≤ 0.1; 熔点(°C) 160~180; 纯度(%) ≥ 99.5</p> <p>十七、粘结剂 PTFE（1 瓶）</p> <p>1.材质：聚四氟乙烯 (PTFE) 2.分子量：$\geq 5 \times 10^6 \text{ g mol}^{-1}$ 3.质量：$\geq 1000\text{g}$</p> <p>十八、高温胶带（2 套）</p> <p>1.规格一：宽 5mm，长度$\geq 30\text{m}$, 数量≥ 20 个 2.规格二：宽 10mm，长度$\geq 30\text{m}$, 数量≥ 20 个 3.材质：聚酰亚胺</p> <p>十九、移液枪（1 套）</p> <p>1.规格一：最大量程 20uL, 1 支, 配备枪头≥ 2000 支; 2.规格一：最大量程 200uL, 1 支, 配备枪头≥ 2000 支; 3.规格一：最大量程 1000uL, 1 支, 配备枪头≥ 2000 支;</p> <p>二十、半电圆片（1 瓶）</p> <p>1.功能：锂离子电池半电池对电极 2.尺寸：直径$\geq 14\text{mm}$*厚度$\geq 0.45\text{mm}$ 3.纯度：纯度$> 99.95\%$ 4.质量：$\geq 100\text{g}$</p> <p>二十一、四面涂膜器（1 套）</p> <p>1.最大涂膜宽度：$\geq 80\text{mm}$ 2.间隙涂膜深度：25-50-75-100μm、30-60-90-120μm、50-100-150-200μm、100-150-200-250μm, 共 4 个 3.外形尺寸：$\geq 100 \times 21 \times 21\text{mm}$ 4.材质：特种不锈钢，耐磨，耐腐蚀</p>
5	<p>一、电池恒温试验箱（1 台）</p> <p>1.内容积：$\geq 200\text{L}$ 2.内箱尺寸：$\geq 500 \text{ mm} \times 500 \text{ mm} \times 800 \text{ mm}$ 3.温度范围：0~60°C 4.温度波动度：$\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$ (空载、温度稳定时) 5.温度偏差：$\pm 2.0^\circ\text{C}$ (空载、温度稳定时) 6.升温时间：25°C-60°C $\leq 30 \text{ min}$ (空载, 平均非线性) 7.降温时间：25°C-0°C $\leq 50 \text{ min}$ (空载, 平均非线性) 8.冷却方式：风冷式</p>

	<p>9.控制方式：强制循环通风平衡调温法。控制系统可根据设定温度值通过 PID 自动运算输出结果控制加热器的输出量</p> <p>二、电池测试柜（1套）</p> <p>1.电池检测系统（最大电流量程 50mA，数量 11 个）</p> <p>电压：</p> <p>恒压电压范围：10mV~5V</p> <p>最低放电电压：-5V</p> <p>精度：± 0.02% of FS</p> <p>稳定性：0.04% of FS</p> <p>电流：</p> <p>每通道输出范围量程一：0.1mA；量程二：1mA；量程三：10mA；量程四：50mA</p> <p>精度± 0.02% of FS</p> <p>恒压截止电流量程一：0.1μA；量程二：1μA；量程三：10μA；量程四：50μA</p> <p>稳定性± 0.04% of FS</p> <p>电流响应时间(10%FS~90%FS)：≤1ms (10% ~ 90% of FS)</p> <p>数据记录条件：</p> <p>最长时间间隔：100ms</p> <p>充放电转换时间：≤40ms (-90% ~ 90% of FS)</p> <p>最小电流间隔：量程一：2μA；量程二：50μA；量程三：100μA</p> <p>充放电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、脉冲充电</p> <p>截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V、自定义变量等</p> <p>放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、脉冲放电、恒阻放电</p> <p>截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V、自定义变量等</p> <p>DCIR 测试 支持自定义取点进行 DCIR 的计算</p> <p>最小脉冲宽度：≤500ms</p> <p>脉冲个数：单个脉冲工步支持 32 个不同的脉冲</p> <p>数据库：采用 MySQL 数据库集中管理测试数据</p> <p>服务器操作系统：Windows 7</p> <p>服务器磁盘配置：≥500GB</p> <p>2.电池检测系统（最大电流量程 100mA，数量 1 个）</p> <p>电压：</p> <p>恒压电压范围：10mV~5V</p> <p>最低放电电压：-5V</p>
--	---

	<p>电流：</p> <p>每通道输出范围量程一：0.5μA~0.1mA； 量程二：0.1mA~1mA； 量程三：1mA~10mA； 量程四：10mA~100mA</p> <p>精度± 0.02% of FS</p> <p>恒压截止电流量程一：0.1μA； 量程二：1μA； 量程三：10μA； 量程四：0.1mA</p> <p>稳定性± 0.02% of FS</p> <p>电流响应时间(10%FS~90%FS): ≤1ms</p> <p>数据记录条件：</p> <p>最长时间间隔：100ms</p> <p>最小电压间隔：5mV</p> <p>最小电流间隔：量程一：0.1μA； 量程二：1μA； 量程三：10μA； 量程四：0.1mA</p> <p>充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电</p> <p>截止条件：电压、电流、相对时间、容量</p> <p>放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、 恒阻放电</p> <p>截止条件：电压、电流、相对时间、容量</p> <p>DCIR 测试 支持自定义取点进行 DCIR 的计算</p> <p>最小脉冲宽度：≤500ms</p> <p>脉冲个数：单个脉冲工步支持 32 个不同的脉冲</p> <p>数据库：采用 MySQL 数据库集中管理测试数据</p> <p>服务器操作系统：Windows 7、Windows 10</p> <p>服务器磁盘配置：≥500GB</p>
6	<p>一、电化学工作站（1 台）（配玻碳电极、参比电极、对电极）</p> <p>（一）恒电位仪</p> <p>1.零阻电流计</p> <p>2.2, 3, 4 电极结构</p> <p>3.浮动地线或实地</p> <p>4.最大电位范围：±10 V</p> <p>5.最大电流：±250mA 连续, ±350mA 峰值</p> <p>6.槽压：±13V</p> <p>7.恒电位仪上升时间：小于 1ms, 通常 0.8ms</p> <p>8.恒电位仪带宽（-3 分贝）：1MHz</p> <p>9. 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.27 6V, ±6.553V, ±10V</p> <p>10.所加电位分辨：电位范围的 0.0015%</p> <p>11.所加电位准确度：±1mV, ±满量程的 0.01%</p> <p>12.所加电位噪声：<10mV 均方根植</p> <p>13.测量电流范围：±10pA 至±0.25A, 12 量程</p> <p>14.测量电流分辨：电流量程的 0.0015%, 最低 0.3fA</p>

	<p>15.电流测量准确度：电流灵敏度 $1e-3A/V$ 至 $1e-7A/V$ 时为 0.2%，其他范围为 1%</p> <p>16.输入偏置电流：$<10pA$</p> <p>(二) 恒电流仪</p> <p>1.恒电流范围：$0.3nA-250mA$</p> <p>2.所加电流分辨率：电流范围的 0.03%</p> <p>3.测量电位范围：$\pm 0.025V, \pm 0.1V, \pm 0.25V, \pm 1V, \pm 2.5V, \pm 10V$</p> <p>4.测量电位分辨率：测量范围的 0.0015%</p> <p>5.所加电流准确度：$\pm 20pA$，电流 $3e-7A$ 至 $3e-3A$ 时为 0.3%，其他范围为 1%</p> <p>二、分析天平（1 台）</p> <p>1.称重范围：200g</p> <p>2.读取精度：0.1mg</p> <p>3.重复精度：0.1mg</p> <p>4.线性：$\pm 0.2mg$</p> <p>三、搅拌器（1 套）</p> <p>1.最大搅拌量：$\geq 2L$</p> <p>2.转速范围：200-2000rpm</p> <p>3.电机类型：无刷电机</p> <p>4.控制方法：旋钮调速</p> <p>5.工作盘尺寸：$\geq 135mm$</p> <p>6.磁子尺寸：$\geq 30mm$</p> <p>7.旋转方向：逆时针</p> <p>8.转速增量（步进）：≥ 10</p> <p>9.数量：5 台</p>
7	<p>★综合热化学分析系统</p> <p>一、垂直管式炉（1 台）</p> <p>1.加热区长度：$\geq 200mm$</p> <p>2.工作管 mm: $\geq OD\varnothing 60*1000$</p> <p>3.加热元件：高密度硅钼棒</p> <p>4.额定温度：$\geq 1650^{\circ}C$</p> <p>5.最高温度：$\geq 1700^{\circ}C$（设计温度）</p> <p>6.控温精度：$\pm 0.1^{\circ}C$</p> <p>7.恒温精度：$\pm 1^{\circ}C$</p> <p>8.温场均匀：$\pm 5^{\circ}C$</p> <p>9.测温元件：B 型热电偶</p> <p>10.真空测量：机械指针真空表，范围-0.1Mpa~0.15Mpa</p> <p>11.真空系统：机械真空泵（极限冷态真空度为 100pa），泄漏率 $0.001vol%/h$</p> <p>12.外型尺寸：$\geq 680*730*1310$（L*W*H）</p> <p>二、综合热分析仪（1 台）</p> <p>1.温度范围：室温~$1550^{\circ}C$</p> <p>2.温度分辨率：$0.1^{\circ}C$；温度准确度：$0.1^{\circ}C$</p> <p>3.升温速率：$0.1^{\circ}C\sim 100^{\circ}C/min$（可自定义）</p> <p>*4.两种炉体升温控温模式：①根据样品热电偶控制升温②根据</p>

	<p>炉温热电偶控制升温，并且两种工作模式可通过软件设置任意切换。</p> <p>5.具有全自动温度，质量校准系统。</p> <p>*6.在任意温度点下可恒温 72 小时，</p> <p>*7.配水蒸气通入系统，能实现水蒸气状态下检测试验，水蒸气温度在 100~250°C任意可调;水蒸汽浓度调节范围:0.01~100%任意可调;水蒸汽发生器含有水蒸气温度、发生量、压力、流量一体化控制系统。可做氧化、老化、水蒸气实验;压力范围:0.1~5Mpa(可调)。</p> <p>*8.具有步冷曲线绘制功能、结晶动力学计算功能。</p> <p>*9.可选配快速降温系统（从 1550°C降至室温≤15min）。</p> <p>10.TG 量程：1mg~200mg（更换支撑杆实现 0-5g 可调）；解析度：0.1μg；噪声：<0.1μg。</p> <p>11.DTA 量程：±10μv~±2000μv(无量程控制)；解析度：0.01μv</p> <p>12.DSC 量程：±1mW~±500mW；精度：±0.1μW。</p> <p>13.软件功能：横坐标轴可选择温度或时间作标尺；纵坐标轴可选择绝对重量或百分比作标尺；可完成 DTA、TG、DTG、DDTG 常规数据处理。</p> <p>14.可完成 DTA 峰面积、热焓计算、数据比较、多种算法计算活化能、玻璃化温度、比较法测量比热等特殊数据处理；还可根据用户给出的计算公式或计算方法，及时提供相应的软件。</p> <p>15.全部测量过程自动完成，自动绘图。系统采集试样过程中，可任意时刻截图，根据输出信号大小自动变换量程。</p> <p>16.气氛控制系统：采用质量流量控制器，两路稳压、稳流气体可以在实验过程中自动切换，精度高、重复性好、响应速度快，可定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统。气氛:惰性、氧化性、还原性、静态、动态</p> <p>*17.可根据用户需求预留恒温控制器接口、恒温气相色谱质谱连接头，恒温带性能稳定，可进行焦油及各种反应气体的二次检测。控温范围：25~200°C，控温精度：±0.1°C。</p> <p>*18.可预留真空机组接口（仪器本身有真空密封措施）选配真空机组后可达 2.5×10^{-2}Pa</p> <p>*19.可预留尾气处理单元接口：尾气处理单元由加热炉密封腔体的排气通道上安装的冷凝器和气液分离器组成。反应所生成的残余物经过通道排至冷凝器中降温处理，再直通分离器处理收集。</p> <p>*20.配置仿真软件 1 套，功能：软件采用 3D 虚拟仿真技术，包含：实验原理，实验仪器简介，实物仿真操作，数据分析处理，在线模拟实验和实验报告等功能。</p>
--	--

1. 上表中标注“★”产品为核心产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价较低的供应商获得中标候选人推荐资格；投标报价也相同的，则由采购人委托评标委员会通过随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人

2. 招标文件中的技术参数，体现了本项目甲方的功能需求，招标文件不指定任何产品和品牌，并包容全部同等或高于技术指标的任何产品和品牌。 招标文件中的说明描述，最大可能地避免采用可能引起“歧义”和可能关联产品品牌的文字，但也不排除为表达技术要求需要，提供某种产品作为参照，要求供应商在投标时选用具备与参照功能同等、或不低于参照功能参数的产品。因此，招标文件中若有出现任何与品牌有关联的描述，均仅作为技术参数选型参照，不作为据此指定产品的品牌和选型的依据。
3. 以上加*的技术参数、指标为重要参数、指标，供应商投标内容低于招标文件要求的其投标无效。

第五部分 评标标准和评标方法

一、评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、商务因素对供应商及投标项目内容以及有关的服务进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

1. 投标报价及优惠承诺、相关费用；
2. 投标技术参数、指标及方案的合理性；
3. 投标内容与招标文件规定要求的偏离；
4. 付款条件；
5. 实施交付和配送能力的承诺，包括实施完工时间等，应在招标文件规定的时间范围内实施并交付完毕，实施交付时间超过采购人可接受的时间范围的投标将视为非实质响应投标；
6. 售后服务和质保期满后服务条件及承诺（在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；
7. 供应商提供的其它内容和条件。

二、评标方法

本次招标采用综合评分法。

三、评审程序

1. 符合性审查

1. 1 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 1. 1 实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

1. 1. 2 重大偏离或保留系指投标内容等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

1. 1. 3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会有权允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

1. 1. 4 如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，供应商投标无效且不得再对

投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

1. 1. 5 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2. 无效投标

2. 1 未按照招标文件要求上传投标文件的；
 2. 2 在系统规定的时间内未成功解密投标文件的；
 2. 3 未按招标文件要求签署、盖章的；
 2. 4 投标有效期不足的；
 2. 5 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；
 2. 6 未按招标文件要求提交投标保证金的；
 2. 7 不具备招标文件中规定的资格要求的；
 2. 8 未通过符合性审查的（招标文件中所有带*条款均为实质性响应条款，必须做出明确响应）；
 2. 9 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
 2. 10 投标文件不按“盲评”要求制作的；
 2. 11 供应商被列入“信用中国”网（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等渠道的失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信名单的；
 2. 12 本项目采购产品被财政部、国家发改委等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）；
 2. 13 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
 2. 14 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
 2. 15 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
3. 视为供应商串通投标的情形：
3. 1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

3. 2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
 3. 3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 3. 4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;
 3. 5 不同供应商的投标文件相互混装;
 3. 6 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
 3. 7 事先约定由某一特定供应商中标、成交;
 3. 8 不同投标人从同一 IP 地址上传投标（响应）文件且不能提供合理说明;
 3. 9 不同供应商软件加密锁号、MAC 地址、CPU 码和硬盘序列号等硬件信息相同，不同供应商的投标资料制作出自同一份 U 盘文件等，由评标委员会综合考量是否存在串标嫌疑;
 3. 10 供应商之间存在高度契合，如供应商注册地址、办公地址、文件接收地址等相同，且不能提供合理说明的;
 3. 11 其他涉嫌串通投标的情形。
4. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
 4. 1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
 4. 2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 4. 3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
 4. 4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
 4. 5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
 5. 投标的澄清
 5. 1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（扫描并传输至远程供应商）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
 5. 2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章（扫描并在线传输由评标委员会接收）。供应商

的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

6. 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.1 评标委员会根据招标文件对有效供应商投标文件技术部分、商务部分分别进行评审打分，评委打分表作为招标归档资料保存。

6.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》中有关规定，非中小企业预留份额项目供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业认定时，须提供中小企业声明函，否则不予认可。

非中小企业预留份额项目对符合办法规定的小微企业报价给予____%（10%-20%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；联合体参与投标的，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予____%（4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

中小企业认定时，须提供中小企业声明函，否则不予认可。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业

的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位认定时，须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不予认可。

6.4 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

6.5 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.6 评标委员会成员评审时不协商，独立完成。

7. 编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

根据《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

8. 确定中标供应商

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当按供应商须知前附表规定的方式确定中标供应商。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的或拒绝与采购人

签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

9. 评标过程保密

开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

10. 采购项目废标

10.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

10.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足 3 家的；

10.1.2 供应商的报价均超过采购预算的或因部分供应商的报价超过预算，导致合格供应商数量不足 3 家的；

10.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

10.2 废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

附表 1. 商务部分

序号	评审因素	评审标准
1	授权委托书	按招标文件要求提供有效的授权委托书；
2	投标完整性	完全响应采购项目/采购包中的全部内容；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期；
6	实质性条款响应	投标文件满足招标文件中*号条款的要求；
7	报价合理性	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

8	报价的修正 (如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；(如有)
9	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品不含进口产品；
10	串通投标	<p>不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他法律法规视为供应商串通投标的情形：</p> <p>(一) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； (三) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (四) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异； (五) 不同供应商的投标文件相互混装； (六) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； (七) 事先约定由某一特定供应商中标、成交； (八) 不同投标人从同一 IP 地址上传投标（响应）文件且不能提供合理说明的； (九) 不同供应商软件加密锁号、MAC 地址、CPU 码和硬盘序列号等硬件信息相同，不同供应商的投标资料制作出自同一份 U 盘文件等，由评标委员会综合考量是否存在串标嫌疑； (十) 供应商之间存在高度契合，如供应商注册地址、办公地址、文件接收地址等相同，且不能提供合理说明的； (十一) 其他涉嫌串通投标的情形。</p>
11	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
12	其他无效情形	供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
13	根据项目特点进行补充调整
	审查结果	

附表 2. 技术部分

序号	评审因素	评审标准
1	技术标编制	符合招标文件要求
审查结果		

四、评定内容及标准

(一) 报价部分

类别	评审项目	标准分	评分标准
报价	报价分	30 分	供应商报价得分=（评标基准价 / 该供应商报价）×30 注：评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(二) 商务部分(明标)

商务部分	售后服务方案	12 分	根据投标人提供售后服务方案和时效的优劣进行评价，包括但不限于： ①产品故障处理预案；②售后服务承诺；③售后服务响应时效；以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰得 4 分，满分 12 分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣 1 分，缺项不得分，每项扣完 4 分为止（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等）
	视频演示	12 分	<p>演示内容包含：</p> <p>“综合热分析仪”参数中“仿真软件”采用 3D 虚拟仿真技术，包含： ①实验原理，②实验仪器简介，③实物仿真操作，④数据分析处理， ⑤在线模拟实验⑥实验报告等功能。</p> <p>以上功能逐条演示，得 12 分，每缺少一项功能演示，减 2 分，减至 0 分为止。</p> <p>注：各潜在投标人应按招标文件评分细则的要求需提前准备好系统演示应当确保演示视频能够打开运行并正常使用，视频未提供或无法打开，后果由投标人自行承担，该项得 0 分。）根据技术参数拍摄演示视频，演示视频要求用手机或摄像机对着产品（硬件/软件画面）讲解拍摄而成，不得采用图片、PPT、Flash、动画等作为演示。单个产品多项演示的功能均需要在同一款产品中完成，不得以多款产品拼凑演示，视频时长控制在 15 分钟之内。演示方式为视频播放方式，投标人需将音像视频资料以光盘形式在投标截止时间前二日前递交至采购人（可以现场递交、快递、邮寄等方式确保投标截止时间前二日前采购人收到（收件人：贾军涛，电话：18832976986，河北省邢台市信都区泉南西大街 473 号河北科技工程职业技术大学东校区），演示开启过程中出现无法解密或无法打开的情形，后果由供应商自行承担。</p>

	培训方案	10 分	根据投标人①培训方案、②培训方式、③培训计划安排、④培训人员组成、⑤培训效果，以上相关措施每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求得 2 分，满分 10 分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣 1 分，缺项不得分，每项扣完 2 分为止（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等）。
	合计		34 分

(三) 技术部分(暗标)

技术部分	实施方案	6分	根据投标人提供的供货方案进行综合评审，供货方案包括但不限于： ①货物到货安装调试方案；②验收方案。以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰得3分，满分6分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣1分，缺项不得分，每项扣完3分为止。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等）
	质量保证措施	6分	根据投标人提供的货物质量保证措施进行综合评审，货物质量保证措施包括但不限于：①质量控制目标；②质量保证措施。以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰得3分，满分6分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣1分，缺项不得分，每项扣完3分为止。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等）
	供货方案	9分	根据投标人提供的供货进度保障措施进行综合评审，供货进度保障措施包括但不限于：①交货时间安排；②供货方案③供货质量保证措施。以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰得3分，满分9分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣1分，缺项不得分，每项扣完3分为止。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等）
	技术参数响应	9分	投标文件不满足招标文件中加注星号（“*”）条款要求的按无效投标处理。满足招标文件第四章采购需求技术要求中服务要求全部条款的得9分，其他未加*号的一般性技术参数每有一项负偏离减1分，减完为止。 注：技术规格（要求）未应答视为负偏离，按上述办法处理。
	应急方案	6分	根据供应商针对本项目提出的延伸服务包括①应急处理机制，②应急事件处置等内容进行综合评分。 每项内容各占3分，共6分。每有一项内容出现一处存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、内容体现不齐全的扣0.5分。扣完为止。
合计			36分

注：为提高评审效率，建议供应商在投标文件中提供商务部分的评审因素响应索引或目录（格式自拟），逐项列明所在页数。

第六部分 政府采购合同（参考格式）

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）
(如有)

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）
(如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）: _____

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____

金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：否

本项目是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类

型）：

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: _____ 否

是否存在破坏性检测: 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: _____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或

歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合体协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称(公章或合同章)		单位名称(公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

(略)

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2(7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2(1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2(3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为_____; (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	针对甲方因政策变化、规范调整而不履行合同约定,造成乙方合法利益受损的情形,甲方应当视情况给予一定补偿救济。

第七部分 投标文件格式

封面

投 标 文 件

商务标部分（明标）

项目名称:

项目编号:

供应商名称（公章）:

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）:

日期:

目 录

一、投标函	()
二、开标一览表	()
三、投标总报价分项明细表	()
四、法定代表人授权委托书	()
五、供应商情况简介	()
六、供应商资格资料内容	()
七、节能环保资料等内容	()
八、同类业绩及其他要求	()
九、商务要求响应情况	()
十、其他必要的商务资料	()

(注：供应商可根据投标文件制作需要调整此目录内容、增减目录条款。)

*一、投 标 函

致：（采购人或采购代理机构）：

_____（供应商全称）授权 _____（供应商委托代理人姓名）（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的_____（写明项目名称、项目编号；）的招标活动，并对以上项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标截止日起的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证严格地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的所有规定。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

12、我方承诺：本次投标文件中的所有资质、业绩、证明文件等资料都是真实、准确的，如有虚假导致的一切后果，完全由我方负责。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其它供应商或者工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 未经监管同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址： 邮编：
电话： 传真：
供应商委托代理人姓名：
供应商委托代理人联系电话： (办公) (移动)
E-mail：
供应商(公章)：
法定代表人(或委托代理人) (签字或盖章)：
日期：

*二、开标一览表

项目名称: _____

项目编号: _____

供应商名称: _____ (加盖供应商公章)

单位: 元(人民币)

货物名称	品牌	规格型号	产地及厂家	数量(台/套)	单价	合计
投标总价(¥):						
投标总价(大写): 人民币						

法定代表人(或委托代理人) (签字或盖章):

日期:

*三、投标总报价分项明细表

项目名称: _____

项目编号: _____

供应商名称: _____ (加盖供应商公章)

单位: 元(人民币)

序号	报价项目	单价	数量	小计	报价项目包含小项	报价项目包含小项价格	品牌型号	生产厂家	备注
1									
2									
3									
投标总价		(元)			总价大写				

法定代表人(或委托代理人) (签字或盖章):

日期:

注: 1、报价项目应完整、细化, 以保证合同签订和履约验收的顺利进行。

2、报价项目应与开标一览表报价项目对应, 表格不足可续填, 但不可缺项(备注除外)。

3、(1) 小计=单价×数量; (2) 每个报价项目的小计=每个报价项目包含小项价格累加; (3) 小计累加=投标总价

4、报价项目不分单价的只需注明小计, 报价项目分单价但不分小项的只注明单价、小计。

*四、法定代表人授权委托书

致： （采购人或采购代理机构）：

本授权委托书声明：注册于 _____（供应商住址）的 _____
（供应商名称）法定代表人 _____（法定代表人姓名、职务、
身份证号）代表本公司授权在下面签字的 _____（供应商委托代
理人姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 _____
项目，项目编号： _____，以本公司名义处理一切与之
有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： _____

供应商委托代理人签字： _____

供应商全称（供应商公章）： _____

注：附法定代表人及委托代理人身份证正反两面扫描件并加盖供应
商单位公章。如法定代表人直接投标无需提供法定代表人授权委托书，
只提供法定代表人身份证正反两面扫描件并加盖供应商单位公章。

五、供应商情况简介

*六、供应商资格资料内容

说明：1、根据供应商企业性质提供相应证明文件；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证件；分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；

2、供应商资格承诺函

（采购人）：

我公司参加（项目名称）采购活动，并承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司保证承诺的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受投标被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明！

单位名称（盖公章）：

年 月 日

3、本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。）针对采购项目实际具体情况设定此项内容，如不涉及请删除此项内容。

七、节能环保资料等内容

若是节能产品、环境标志产品的，须按照招标文件前附表中规定附节能环保资料，若不是则不需提供。

八、同类业绩及其他要求

附相关证明材料。

*九、商务要求响应情况

说明：含供应商对商务条款要求内容逐条做出的应答及承诺。

十、其他必要的商务资料

附件一

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：若是残疾人福利性单位则需提供上述“残疾人福利性单位声明函”，若不是残疾人福利性单位则不需要提供。

附件三

监狱企业证明文件

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

技术标（暗标）文件制作要求：

- 1、版面要求：A4 纸张大小。
- 2、颜色要求：所有文字、图表均为黑色。
- 3、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。
- 4、排版要求：页边距要求上边距 2.5 厘米，其余均为 2 厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值 30 磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐。
- 5、其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

技术标部分

一、投标文件技术标部分（含投标货物的技术指标、参数情况、规格性能、供货方案、货物质量保证措施、供货进度保障措施等）

二、技术偏离表

项目名称：

项目编号：

对本项目技术标内容的偏离情况（请进行勾选）：

无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）

有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

序号	招标文件条款号	招标文件的技术要求	投标文件的响应内容	偏离情况（优于、低于）	备注（简要注明偏离的原因）

注：表格不足可续填。投标文件对应参数、指标应按实际情况填写。

三、供应商认为有必要提供的其他技术资料